

Протокол итогов

Способом тендера по постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 « Об утверждении правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммуннобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования».

с.Амангельды

23.05.2017 года время 12:00

Тендерная комиссия в составе:

1. Каканова Ж.Р. – заместитель главного врача, председатель тендерной комиссии
2. Сарбозова А.М. – главный бухгалтер, заместитель председателя тендерной комиссии
3. Раисова Г.Т. – провизор, член комиссии
4. Конарбаева З.Е.- врач, член комиссии
5. Сагитов Г.Е. – бухгалтер по государственным закупкам, член комиссии
6. Бирманова М.Ж. – секретарь тендерной комиссии.

Наименовании медицинского оборудования о проведении закупок способом тендера следующих товаров:

№	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Система суточного мониторингирования ЭКГ и АД	штук	1	3 345 000,00	3 345 000,00
2	Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ	штук	1	2 100 000	2 100 000

Наименование медицинского оборудования

№	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Система суточного мониторингирования ЭКГ и АД	штук	1	3 345 000,00	3 345 000,00


Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

1. ТОО «Медикал Сервис KZ» г.Костанай, ул.Уральская, 14
2. ТОО «Оптимус Медикал», г.Актобе, ул. Т.Ахтанова, 48
3. ТОО «БАРК Технолоджи», г.Астана, ул.Жубанова, 23/1

Тендерная комиссия при рассмотрении представленных тендерных заявок исходила из критериев оценки и сопоставления тендерных заявок.

Потенциальные Поставщики представили следующие ценовые предложения по закупке товара:

№	Наименование	Цена за единицу	Поставщик, представивший наименьшее ценовое предложение
1	Система суточного мониторингирования ЭКГ и АД	3344000,00	ТОО «БАРК Технолоджи»
2	Система суточного мониторингирования ЭКГ и АД	3030000,00	ТОО «Медикал Сервис KZ»
3	Система суточного	3344700,00	ТОО «Оптимус Медикал»



	мониторирования ЭКГ и АД		
--	--------------------------	--	--

Отклоненные тендерные заявки присутствуют.

№	Наименование организации	Причина отклонений заявок
1	ТОО «Медикал Сервис KZ»	Техническая спецификация не соответствует требованиям заказчика, а именно: Требование к программе анализа АД: Наглядное представление результатов в виде таблиц, графиков и гистограмм. Расчет основных статических показателей мониторинга АД: средние значения САД, ДАД, СрАД, ЧСС за сутки, день, ночь, индексы времени, индексы площади, вариабельность АД; Просмотр «колокола измерения», исходных кривых пульсовых волн тонов Короткова на экране синхронно с ЭКГ; Сохранение результатов измерений в формате Microsoft Excel с целью обеспечения расширенного математического и статического анализа; Сохранение данных регистрации в формате PDF; Ведение базы данных Описание программы анализа АД отсутствует Требование к программе анализа ЭКГ: - оценка аритмий с учетом фонового ритма; - оценка стимулятора с выделением нарушений; - оценка смещения и наклона сегмента ST; - выявление эпизодов смещения ST с расчетом их характеристик; - оценка толерантности пациента к физическим нагрузкам путем автоматического вычисления объема выполненной работы и мощности нагрузки; - расчет вариабельности RR- интервалов временным и спектральным методом; - расчет вариабельности RR- интервалов методом ВКР; - выделение периодов искажения ЭКГ сигнала вследствие плохого контакта (обрыва) электрода; - векторный анализ PQRS – комплекса; - расчет турбулентности ритма; - выявление поздних потенциалов желудочков; - анализ поздних потенциалов предсердий; - оценка спектральных характеристик волн F; - определение PQ-интервала и анализ формы зубца Р; - расчет величины и дисперсии QT-интервала; - выявление микроальтернции Т-зубца; - оценка времени проведения пульсовой волны по КЗ-интервалу; Описание программы анализа отсутствует Характеристика каналов ЭКГ: Требуется: Выделение импульсов искусственного водителя ритма. Использование кабеля пациента с внешним датчиком движения/положения пациента. В данной комплектации не представлено. Характеристика канала АД. Требуется: Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения давления не более $\pm$ мм рт.ст.; Представлено: Пределы допускаемой абсолютной

Субар *Сул* *Раст* *Вен* *Саз* *Рест*

	погрешности измерения давления в манжете не более ± 2 мм рт.ст. (+0,27 аПа). Требуется: Режим суточного мониторингирования АД с полной записью 1 отведения ЭКГ; Запуск внеочередного измерения АД по параметрам ЭКГ (тахикардия, брадикардия, смещения сегмента ST) В данной комплектации не представлено. Характеристики канала реопневмограммы: Канал реопневмограммы (регистрация трансторакального импеданса); Диапазон измерения сопротивлений канала РПГ: постоянной составляющей импеденса, кОм 0,02-2,0; Переменной составляющей импеденса, Ом 0,2-3,0; Относительная погрешность измерения сопротивлений, % не более 15; Объем регистратора не более см 3-337. В данной комплектации не представлено.
--	---

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок РЕШИЛА:


1. Признать выгравшей тендер по закупу медицинского оборудования «Система суточного мониторингирования ЭКГ и АД» на сумму 3 344 000,00 (три миллиона триста сорок четыре тысячи) тенге ТОО «БАРК Технолоджи».
2. Заказчику в срок до 28 мая 2017 года заключить договор о закупе товара.

Информация о закупе с одного источника потенциального поставщика:

№	Наименование	Цена за единицу	Поставщик, представивший наименьшее ценовое предложение
1	Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350-03-«ФОТЕК»	1 900 000,00	ТОО «Медикал Сервис KZ» г.Костанай, ул.Уральская, 14

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №1729 от 30.10.2009г., главы 8 параграфа 4 п.82 пп.2 признать закуп способом тендера медицинского оборудования: «Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ» в количестве 1 шт. Общая сумма для закупа составляет 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) тенге **несостоявшимся по причине предоставления только один тендерных заявок.**

Члены комиссии:

1. Каканова Ж.Р. – заместитель главного врача, председатель тендерной комиссии 
2. Сарбозова А.М. – главный бухгалтер, заместитель председателя тендерной комиссии 
3. Раисова Г.Т. – провизор, член комиссии 
4. Конарбаева З.Е. – врач, член комиссии 
5. Сагитов Г.Е. – бухгалтер по государственным закупкам, член комиссии 
6. Бирманова М.Ж. – секретарь тендерной комиссии 